



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Terminatie Cauciuc pentru Aspirator Saliva Metalic Runyes (Model 300, 500 și Care 33)

Pret:

6,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Terminația cauciuc pentru aspirator salivă Runyes este un produs esențial în activitățile de igienă și tratamente stomatologice. Aceasta asigură o aspirare eficientă a salivei și ajută la menținerea unui mediu curat și uscat în timpul intervențiilor dentare.

Caracteristici Tehnice:

- Material: Cauciuc de înaltă calitate, rezistent la uzură și la diverse soluții dezinfectante.
- Dimensiuni: Compatibilă cu seringă de aspirare Runyes.
- Design: Ergonomic, ușor de montat și demontat.
- Funcționalitate: Asigură etanșeitatea la capătul seringii pentru a preveni pătrunderea aerului și menține eficiența aspirației.

Conținutul Produsului:

- 1 x terminație cauciuc pentru aspirator salivă Runyes.

Utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Se utilizează pentru a închide capătul seringi de aspirație în unitățile stomatologice Runyes, asigurând o aspirare precisă a fluidelor și prevenind intrarea aerului în timpul funcționării.

Instrucțiuni de Întreținere:

Se recomandă curățarea după fiecare utilizare, folosind soluții dezinfectante compatibile cu materialele din cauciuc. Asigurați-vă că este bine uscată înainte de a o depozita.

Compatibilitate:

Compatibilă cu toate unitățile și seringile de aspirație Runyes dedicate procedurilor de aspirare salivară.

Durabilitatea Produsului:

Produsul este fabricat din cauciuc durabil, oferind o utilizare eficientă pe termen lung. Cu toate acestea, pentru a asigura igiena și funcționarea optimă, se recomandă înlocuirea acestuia după aproximativ un an de utilizare frecventă.

Când să fie Schimbat:

Terminația cauciuc ar trebui înlocuită după un an de utilizare continuă sau mai devreme, în funcție de uzura vizibilă, pentru a menține o funcționare optimă și pentru a proteja unitatea de aspirare. O înlocuire regulată ajută la evitarea deteriorării unității stomatologice.