



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Adaptor Canula Aspiratie φ 11 Runyes – Modelele 300, 500, Care 33

Pret:

20,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Adaptorul pentru canulă de aspirație φ 11 de la Runyes este un accesoriu esențial pentru sistemele de aspirație dentare. Acest adaptor este special conceput pentru a conecta canulele de aspirație cu diametrul de 11 mm, oferind o etanșare perfectă și o funcționalitate optimă în procesele de aspirație.

Caracteristici Tehnice:

- **Material:** Plastic de înaltă calitate, durabil și ușor de curățat.
- **Dimensiuni:** Compatibil cu canule de aspirație cu diametrul de 11 mm.
- **Culoare:** Gri.
- **Conexiune:** Proiectat pentru o instalare ușoară și rapidă în sistemele de aspirație dentară.

Conținutul Produsului:

- 1 x Adaptor Canulă Aspiratie φ 11 Runyes.

Utilizare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Acest adaptor este utilizat pentru a conecta canulele de aspirație cu diametrul de 11 mm la sistemele de aspirație din unitățile dentare. Asigură o etanșare eficientă, prevenind pierderile de aer și îmbunătățind astfel performanța aspirației.

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru o durabilitate maximă, adaptorul trebuie curățat și dezinfectat periodic. Este recomandat să fie spălat cu apă și detergent neutru, apoi să fie dezinfectat cu soluții compatibile cu plasticul. Evitați utilizarea substanțelor chimice corozive.

Compatibilitate:

Adaptorul este compatibil cu toate unitățile dentare Runyes care folosesc canule de aspirație cu diametrul de 11 mm. De asemenea, poate fi compatibil și cu alte sisteme de aspirație care au dimensiuni similare.

Durabilitatea Produsului:

Fabricat dintr-un plastic rezistent, acest adaptor oferă o durabilitate îndelungată, chiar și în condiții de utilizare intensivă în cabinete dentare.

Când trebuie schimbat:

Adaptorul trebuie schimbat atunci când prezintă semne de uzură, fisuri sau atunci când etanșarea nu mai este eficientă. Se recomandă verificarea periodică a stării produsului pentru a asigura o funcționare optimă.