

Sistem de Inchidere Usa Autoclav Runyes – Modelele 18L, 23L

Pret:

20,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistemul de închidere pentru ușa autoclavei Runyes este o componentă esențială în siguranța și funcționarea corectă a aparatului. Acesta asigură o etanșare sigură și eficientă a ușii autoclavei, protejând împotriva pierderilor de presiune și asigurând sterilizarea corespunzătoare.

Caracteristici Tehnice

- Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune și temperaturi ridicate.
- Dimensiuni: Design compact pentru potrivire perfectă în ușile autoclavelor Runyes.
- Mecanism de închidere: Sistem mecanic precis care garantează etanșeitarea și prevenirea deschiderii accidentale în timpul ciclului de sterilizare.

Conținutul Produsului

- 1 x Sistem de închidere ușă autoclave Runyes.
- Instrucțiuni de instalare și întreținere incluse în ambalaj.

Utilizare

Sistemul de închidere este destinat utilizării exclusiv pe autoclavele fabricate de Runyes, pentru a asigura o siguranță maximă în timpul procesului de sterilizare. Acesta se fixează ușor în mecanismul de închidere al ușii și trebuie verificat periodic pentru a preveni uzura.

Instrucțiuni de întreținere

- Curățați periodic sistemul de închidere cu soluții specifice pentru piese metalice, asigurându-vă că nu se acumulează murdărie sau depuneri care ar putea afecta etanșarea.
- Verificați și înlocuiți orice componentă uzată pentru a preveni disfuncționalitățile.

Compatibilitate

Sistemul de închidere este compatibil cu următoarele modele de autoclave Runyes:

- Runyes Autoclave 16L
- Runyes Autoclave 22L
- Runyes Autoclave 45L Verificați specificațiile exacte ale modelului autoclavei pentru a vă asigura de compatibilitatea piesei.

Durabilitatea Produsului

Acest produs este fabricat din materiale durabile și poate avea o durată de viață lungă, în funcție de modul de utilizare și de întreținerea regulată. În condiții normale de utilizare și întreținere, durata de viață este estimată la minimum 5 ani.

Când trebuie schimbat

Sistemul de închidere trebuie schimbat imediat în cazul în care apar:

- Dificultăți la închiderea ușii.
- Uzura vizibilă a componentelor metalice.
- Pierderi de presiune în timpul funcționării autoclavei, cauzate de etanșarea necorespunzătoare.