



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Cilindru Blocare Usa Autoclav Runyes – Modelele 18L și 23L



**Pret:**

**32,00 lei TVA inclusa**

## **Descriere produs:**

Cilindrul de blocare a ușii pentru autoclavele Runyes este o componentă crucială pentru siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului. Acest cilindru asigură închiderea și blocarea etanșă a ușii autoclavei în timpul proceselor de sterilizare sub presiune.

## **Caracteristici Tehnice:**

- Material: Oțel galvanizat
- Diametru: 5 mm
- Lungime: 20 mm
- Sistem de închidere: cu fantă pentru șurubelniță
- Rezistență la coroziune: Tratament anticoroziv pentru utilizare în medii cu umiditate ridicată

## **Conținutul Produsului:**

- 1 x Cilindru de blocare ușă autoclave Runyes
- Manual de utilizare (dacă este aplicabil)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

**Utilizare:**

Acest cilindru de blocare este utilizat pentru a sigila ușa autoclavei înainte de începerea ciclului de sterilizare. Se montează și se deșurubează folosind o șurubelniță compatibilă cu fanta cilindrului.

**Instrucțiuni de întreținere:**

- Inspectați periodic cilindrul pentru urme de uzură sau coroziune.
- Curățați-l cu o soluție neutră pentru a preveni acumularea de murdărie.
- Înlocuiți cilindrul dacă observați semne de deteriorare.

**Compatibilitate:**

Compatibil cu toate modelele de autoclave Runyes echipate cu sistem de blocare mecanică a ușii. Verificați documentația specifică a modelului pentru compatibilitate suplimentară.

**Durabilitatea Produsului:**

Cilindrul are o durabilitate de 5-7 ani, în funcție de utilizare și condițiile de întreținere. Este proiectat să reziste la cicluri frecvente de sterilizare fără a suferi deformări.

**Când trebuie schimbat:**

Înlocuiți cilindrul de blocare atunci când:

- Nu se mai închide corect.
- Prezintă semne vizibile de uzură sau coroziune.
- Apar dificultăți la închiderea și deschiderea autoclavei.