



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Unitate Centrală Apex Locator Airpex Sifary

Pret:

549,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Apex Locator-ul Airpex Sifary este o unitate centrală avansată, destinată să ajute stomatologii în detectarea cu acuratețe a poziției apexului radicular în timpul procedurilor de canal. Aparatul este echipat cu un ecran digital intuitiv și butoane de control accesibile, care permit o operare facilă. Dispozitivul este conceput pentru a fi portabil, având o greutate redusă și dimensiuni compacte, ceea ce îl face ușor de integrat în orice clinică stomatologică modernă.

Componente principale:

1. **Ecran LCD** – Oferă informații în timp real despre poziția apexului.
2. **Buton de pornire/oprire** – Control simplu și rapid al funcțiilor dispozitivului.
3. **Buton de resetare sau schimbare mod** – Permite ajustarea modului de funcționare sau resetarea rapidă.
4. **Carcasă compactă** – Design ergonomic, ușor de manevrat și transportat.
5. **Port de conectivitate** – Permite conectarea la sonda de măsurare și alte dispozitive compatibile.

Caracteristici tehnice:

- **Dimensiuni:** 75 mm x 45 mm x 20 mm.
- **Greutate:** 50 grame.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Alimentare:** Baterie internă reîncărcabilă.
- **Afișaj:** Ecran LCD de 1.5 inch, cu afișaj clar al datelor în timp real.
- **Moduri de operare:** Mod de măsurare continuă și mod de ajustare manuală.
- **Conectivitate:** Port pentru conectarea la sonda endodontică și încărcare USB.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Porniți unitatea centrală apăsând butonul de pornire.
2. Conectați sonda la dispozitiv prin portul dedicat.
3. Introduceți sonda în canalul radicular și urmăriți datele afișate pe ecran pentru a detecta poziția apexului.
4. Opriți unitatea după utilizare și deconectați sonda.
5. Reîncărcați dispozitivul folosind cablul USB atunci când nivelul bateriei este scăzut.

Notă:

Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului profesional în clinici stomatologice. A nu se utiliza pentru alte scopuri decât cele endodontice. Asigurați-vă că unitatea este curățată și întreținută conform instrucțiunilor pentru a preveni deteriorarea sau contaminarea.