



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cartus Reparatie Piesa Contraunghi E2 Sifary - Compatibilitate Eighteeth

Pret:

369,99 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Cartușul de reparație pentru piesa contraunghi E2 de la Sifary este o componentă cheie pentru asigurarea funcționării corecte și eficiente a echipamentului dentar. Acest cartuș este creat special pentru a se potrivi cu modelele de echipamente marca Eighteeth, asigurând o compatibilitate perfectă și o instalare ușoară.

Datorită construcției sale robuste, cartușul permite restaurarea piesei contraunghi la performanțele inițiale, oferind o durabilitate extinsă și o protecție împotriva uzurii. Este echipat cu un sistem de **conexiune metalică precisă**, care asigură fixarea corectă și reduce vibrațiile în timpul utilizării.

Această piesă este esențială pentru menținerea fiabilității în utilizarea contraunghiurilor dentare, asigurând precizie și control în cadrul tratamentelor dentare. Oferind performanță ridicată și costuri reduse de întreținere, cartușul E2 reprezintă o alegere ideală pentru clinici și cabinete stomatologice.

Componente principale:

- **Sistem de conexiune metalică de înaltă precizie** – pentru fixare sigură și stabilitate ridicată.
- **Design compact și robust** – asigură protecție împotriva uzurii și extinde durata de viață a piesei.
- **Compatibilitate ridicată** – special conceput pentru modelele de echipamente Eighteeth.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caracteristici tehnice:

- **Referință produs:** 6036084.
- **Greutate:** aproximativ 50-70 grame.
- **Material:** oțel inoxidabil și elemente din plastic durabil.
- **Compatibilitate:** echipamente dentare contraunghi E2 de la Eighteeth.
- **Dimensiuni:** potrivite pentru echipamente standard de contraunghi (lungime aprox. 5 cm).
- **Instalare rapidă și ușoară:** fără necesitatea de echipamente suplimentare.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Asigurați-vă că piesa contraunghi E2 este complet curată și deconectată de la sursa de alimentare înainte de instalarea cartușului.
2. Îndepărtați cartușul vechi sau deteriorat și introduceți noul cartuș, aliniindu-l cu precizie în poziția corectă.
3. Strângeți cartușul cu mâna sau cu ajutorul unei chei potrivite, asigurându-vă că este fixat ferm.
4. După instalare, testați echipamentul pentru a vă asigura că funcționează corect.

Notă:

Acest produs este destinat profesioniștilor din domeniul medical și se recomandă verificarea periodică a pieselor pentru a menține performanța echipamentului. Înlocuirea regulată a cartușelor uzate contribuie la prelungirea duratei de viață a echipamentului.